

## Запрос ценовых предложений

**Объект закупки: поставка расходных материалов для хирургического торакального отделения**

**Москва**

**«01» августа 2016 г.**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку расходных материалов для хирургического торакального отделения (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Поставка расходных материалов для хирургического торакального отделения**

**Таблица 1**

№ п/п	Наименование товара	Назначение, основные технические характеристики и требования к товару	Ед. изм.	Треб. кол-во
1	Кассеты к инструментам сшивающим линейным	Кассета для зарядки универсального сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая, длина шва не более 45мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки не менее 3,0, 3,5 и 4,0 мм, новый нож в составе кассеты (для профилактики хирургической инфекции), для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.). Скрепки должны быть созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора. Наличие инструкции на русском языке в коробке.	шт	60
2	Кассеты к инструментам сшивающим линейным	Кассета для зарядки универсального сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая, длина шва не более 60мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок (для лучшего гемостаза у линии пересечения и предотвращения избыточного давления на ткани) высота незакрытой скрепки не менее 3,0, 3,5 и 4,0 мм, новый нож в составе кассеты (для профилактики хирургической инфекции), для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.). Скрепки должны быть созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора. Наличие инструкции на русском языке в коробке.	шт.	120
3	Кассеты к инструментам сшивающим линейным	Кассета для зарядки универсального сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая, длина шва не более 45 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки не менее 2,0, 2,5 и 3,0 мм, новый нож в составе кассеты (для профилактики хирургической инфекции), для сосудистой и нормальной ткани. Скрепки должны быть созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора. Наличие инструкции на русском языке в коробке	шт.	30

**Таблица 2**

№ п/п	Наименование товара	Назначение, основные технические характеристики и требования к товару	Ед. изм.	Треб. кол-во
1	Одноразовый зажим-держатель фиксирующий	Одноразовый зажим-держатель фиксирующий многоповерхностного воздействия (зажимной): скользящий. Размер не менее 120x100мм.	шт	10