

## Запрос ценовых предложений

**Объект закупки: поставка наборов трубок для пациента для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи**

**Москва**

**«01» августа 2016 г.**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку наборов трубок для пациента для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Поставка наборов трубок для пациента для отделения  
травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной  
медицинской помощи**

Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики (в случае соответствия ТЗ, приложить ТЗ)	Ед.изм.	Кол- во
Ирригационный набор (трубки) для пациента/день пациента	Ирригационный набор для пациента(трубки)/день пациента, должна стерильно соединять системы ирригации с артроскопическим кожухом. Должны быть предназначены для использования с поточно-отточной артропомпой, находящейся в ЛПУ (FMS DUO). В комплекте должно быть: набор стерильных ирригационных трубок, соединяющих систему 1-дневного набора через фильтр с артроскопическим кожухом. Набор трубок отсоса, обеспечивающих отток из сустава, должен устанавливаться 1-ой рабочей частью в портал, 2-ой в систему отсоса шейвера, подсоединяться к ролику помпы через оранжевый коннектор. Система трубок должна поставляться в стерильной упаковке.	Штука	90
Набор трубок для пациента	Система трубок, должна соединять промывные мешки с промывной трубкой через острые наконечники и камеру давления, уровень которого должен считываться через камеру давления, на трубке должен быть установлен зеленый коннектор для соединения с роликом помпы. Должна устанавливаться из расчета на 1 операционный день. Должны быть предназначены для использования с поточно-отточной артропомпой, находящейся в ЛПУ(FMS DUO). Должна поставляться в стерильной упаковке.	Штука	90