

## Запрос ценовых предложений

### Объект закупки: поставка лезвия для саггитальной пилы

Москва

«04» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку лезвия для саггитальной пилы (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки апрель 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году**.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдается ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Лезвия для саггитальной пилы

№	Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики	Единица измерения	Количество
1	Лезвие саггитальной пилы 15*6*0.38, стерильное	Лезвия для саггитальной пилы с соединением АО мини-быстрое соединение (рассеченное кольцевое 6 монтажными отверстиями). На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Типоразмер: длина 15.0 мм, ширина 6.0 мм, толщина	шт	10
2	Лезвие саггитальной пилы 22*8*0.38, стерильное	Лезвия для саггитальной пилы с соединением АО мини-быстрое соединение (рассеченное кольцевое 6 монтажными отверстиями). На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Типоразмер: длина 22.0 мм, ширина 8.0 мм, толщина	шт	10
3	Лезвие саггитальной пилы 18*4*0.38, стерильное	Лезвия для саггитальной пилы с соединением АО мини-быстрое соединение (рассеченное кольцевое 6 монтажными отверстиями). На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Типоразмер: длина 18.0 мм, ширина 4.0 мм, толщина	шт	10
4	Лезвие саггитальной пилы 27*6*0.6, стерильное	Лезвия для саггитальной пилы с соединением АО мини-быстрое соединение (рассеченное кольцевое 6 монтажными отверстиями). На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Типоразмер: длина 27.0 мм, ширина 6.0 мм, толщина	шт	10
5	Лезвие осциллирующей пилы для полулунной остеотомии 30*17.9*0.6, стерильное	Лезвие полулунное для осциллирующей пилы с быстрым соединением. Длина 30.0 мм, ширина 17.9, толщина 0.6 мм. Материал изготовления: медицинская нержавеющая сталь (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), стандарт 5832-1. Стерильная упаковка.	шт	10
6	Лезвие реципрокной пилы, трапециевидное 13*6.4/2.9*0.6, стерильное	Лезвие для реципрокной пилы стандарта АО/ASIF с быстрым соединением. Размеры 13 x 6.4/2.9 x 0.6 мм. Заточка лезвия односторонняя. Форма лезвия трапециевидная. Материал: медицинская нержавеющая сталь (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), стандарт 5832-1. Стерильная упаковка.	шт	10
7	Лезвие реципрокной пилы, трапециевидное 20*6.4/2.9*0.6, стерильное	Лезвие для реципрокной пилы стандарта АО/ASIF с быстрым соединением. Размеры 20 x 6.4/2.9 x 0.6 мм. Заточка лезвия односторонняя. Форма лезвия трапециевидная. Материал: медицинская нержавеющая сталь	шт	10

		(Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), стандарт 5832-1. Стерильная упаковка.		
8	Лезвие реципрокной пилы 33.5*6.4*0.6 с оффсетом вправо, стерильное	Лезвие для реципрокной пилы должны соответствовать стандарту АО/ASIF и иметь быстрое соединение. Размеры 33.5 x 6.4 x 0.6 мм. Заточка лезвия односторонняя. Форма лезвия прямоугольная с оффсетом вправо. Материал: медицинская нержавеющая сталь (Fe/Cr/Ni/Mo/M	шт	10