

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: Обеспечение потребности отделения ангиографии наборами для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии на 2016 год

Москва

«22» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на **Обеспечение потребности отделения ангиографии наборами для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии на 2016 год (приложение 1)** (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10-30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки II-квартал 2016 года. Поставка планируется в 2016 году.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Приложение 1

Обеспечение потребности отделения ангиографии наборами для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии на 2016 год

№ п/п	Наименование товара	Назначение, основные технические характеристики и требования к товару	Ед. изм.	Треб. кол-во
1	Набор для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с устройством для удаления	Система для профилактики тромбоэмболии легочной артерии состоит из удаляемого кава-фильтра и системы доставки. Фильтр изготовлен из хирургической стали или конихрома, имеет коническую форму и двухуровневую структуру. Первый уровень состоит из фиксирующих ножек с крючками. Второй уровень состоит из ножек, обеспечивающих центровку фильтра в просвете нижней полой вены. Максимальный диаметр нижний полой вены не более 32 мм. Длина фильтра не более 55 мм. Наличие крючка для удаления кава-фильтра. Наличие в наборе устройства для удаления совместимого с кава-фильтром.	шт	10
2	Набор для профилактики тромбоэмболии легочной артерии	Система для профилактики тромбоэмболии легочной артерии состоит из удаляемого кава-фильтра и системы доставки. Фильтр изготовлен из хирургической стали или конихрома, имеет коническую форму и двухуровневую структуру. Первый уровень состоит из фиксирующих ножек с крючками. Второй уровень состоит из ножек, обеспечивающих центровку фильтра в просвете нижней полой вены. Максимальный диаметр нижний полой вены не более 32 мм. Длина фильтра не более 55 мм. Наличие крючка для удаления кава-фильтра.	шт	30