

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: Обеспечение потребности офтальмологического отделения 3

Москва

«22» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на **обеспечение потребности офтальмологического отделения 3 (приложение 1)** (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10-30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки II-квартал 2016 года. Поставка планируется в 2016 году.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Приложение 1

Обеспечение потребности офтальмологического отделения 3

№ п/п	Наименование товара	Назначение, основные технические характеристики и требования к товару	Ед. изм.	Треб. кол-во
1	Кассета для факоэмульсификации	Кассета для факоэмульсификации. Совместимость с УЗ-рукоятками Alcon Infiniti Ozyl. Аспирационные тубинги повышенной жесткости для обеспечения стабильной гидродинамики. Совместимость с системой Infiniti. Комплектация: набор с кассетой (в комплект входят: кассета для сбора жидкости, инфузионная система, игла для факоэмульсификации 0.9мм.30грKelman Mini-Flared ABS Tip, ключ для иглы, система принудительной инфузии, стерильная наклейка на монитор, ключ для И\А наконечников, тест - камера, ирригационные рукава Ultra sleeve 2 шт., ирригационно-аспирационный тубинг .	шт	75
2	Кольца внутрикапсульные	Назначение: расправление хрусталиковой сумки и натяжение его капсулы. Масса - 2 г. На краях кольца имеется 2 отверстия для захватывания кольца крючком инжектора. Материал: поликарбонатметакрилат. Цвет — прозрачный. Индивидуальная потребительская упаковка состоит из двойного пакета комбинированного рулонного материала 100 мм × 200 м и обеспечивает стерильность не менее 3 лет.	шт	50
3	Ксеноновые лампы для микроскопа	Ксеноновая лампа 180W. Рассчитана на 500 часов непрерывной работы. Блок содержит 2 лампы. Производитель ZEISS или эквивалент. Осветительный блок операционного микроскопа серии ОРМІ оснащен ручным механизмом переключения ламп, подключение блока к микроскопу через 3-pin кабель, задняя стенка блока выполнена в виде решетки для осуществления охлаждения лампы. Блок оснащен механизмом жесткой фиксации ламп. Корпус изготовлен из дюралевого материала.	шт	1
4	Дренажи гидрогелевые глаукомные ООО Макмеди	Гидрофильный имплантат, бесцветный, полупрозрачный. Материал: высокоочищенный стабилизированный (сшитый) коллаген с постепенной резорбцией с замещением на фильтрующую структуру. Для антиглаукоматозных операций. Пластинка прямоугольной формы: Длина 5.0+/-0,5 мм. Ширина 2,0+/-0.5 мм. Толщина 0,1+/-0,05 мм. Находится в стерильной индивидуальной герметичной двойной полимерной упаковке. Упаковка 1 шт.	шт	20
5	Тупфер ромбовидный	Средство перевязочное безворсовое сорбционное на основе пористого поливинилформаль,	шт	250

		предназначенное для осушения операционного поля, стерильное, упаковано в пакет из материала упаковочного медицинского. Упаковка 10 шт.		
6	Ирис-ретракторы крючковые	Назначение: интраоперационное расширение зрачка и обеспечение визуального доступа в отдаленные сегменты капсульного мешка. Общая длина - 55 мм, длина крючка - 1 мм, масса - 2 г, материал крючка — полиамид, материал фиксатора – силикон. Упаковка 4 шт.	шт	40