

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: поставка расходных материалов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Москва

«26» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку расходных материалов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Поставка расходных материалов для артроскопии для отделения
травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной
медицинской помощи**

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики	Ед.изм	Количество
1	Шовная пуговица, фиксатор реконструктивный для ПКС	Шовная пуговица. Используется для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции ПКС, ЗКС. Длина 13±0.5 мм. Ширина не менее 3.5 мм. С двумя нитями: белой, для фиксации трансплантата и голубой, для протягивания пуговицы по каналу. Фиксирующая нить имеет скользящую петлю, регулируемого размера. Пуговица должна быть с самозатягивающейся петлей. Должна обеспечивать четырехточечную фиксацию. Должна быть изготовлена из сплава титана.	штука	90
2	Шуруп шовный, винт интерферентный Bio-Interference с полной резьбой,	Шуруп шовный биокompозитный, интерферентный. Используется для фиксации трансплантата при реконструкции ПКС, ЗКС. Должен подходить как для фиксации мягкотканного трансплантата так и трансплантата ВТВ. С резьбой по всей длине, без головки. Диаметр 7-9 мм., длина 28-30 мм. Изготовлен из поли-L-молочной кислоты. Стерильная упаковка.	штука	90
3	Шланг трубка к основному насосу	Шланг-трубка, удлинительный к основному насосу. Шланг изготовлен из силикона. Длина не менее 3 метров. Диаметр не менее 5 мм. Должен иметь две заостренные иглы с защитными колпачками и двумя фиксаторами, входящие в конструкцию трубки. Стерильная упаковка.	штука	110
4	Шланг трубка удлинительный к пациенту с коннектором LuerLock	Шланг-трубка, удлинительный к пациенту. Шланг изготовлен из силикона. Длина не менее 2,5 метров. Диаметр не менее 5 мм. Шланг с замком LuerLock. Заглушка в индивидуальной упаковке. Фиксатор регулировки подачи жидкости, входящий в конструкцию трубки. Стерильная упаковка.	штука	110
5	Шуруп шовный, якорь на отвертке (с двумя нитями)	Шуруп шовный. Используется для восстановления вращательной манжеты плечевого сустава. Предназначен для губчатой костной ткани. Должен обеспечивать узловую фиксацию. Должен быть с двойным ушком для нитей. Должен быть заряжен двумя нитями, по одной нити в каждом отверстии ушка. Нити разного цвета. Диаметр шурупа должен быть 5±0.1 мм, длина 15.5±0.5 мм. Стерильная упаковка.	штука	60